



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; http://29.rosпотребнадзор.ru; e-mail: arkh@29.rosпотребнадзор.ru;
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание № 226/пр.

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«16» апреля 2019 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора – Поздняковой Ириной Анатольевной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)
акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 226/2019 от 16.04.2019 года государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Архангельский морской кадетский корпус» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (ГБОУ АО «АМКК»), расположенного по адресу: 163046, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 51.

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка.

Здание ГБОУ АО «АМКК» по адресу: 163046, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 51:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п.4.28. Выявлены дефекты поверхности потолка и стен, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств: в лаборантской столярной мастерской – трещины, на высоту 2 м от пола – побелка.

п.4.33. (п.13.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») на момент проверки на всех матрасах в спальнях отсутствовали наматрасники.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

глава II п.2.36. Не проводится бактериологический контроль за работой стерилизаторов не реже 2 раз в год (результаты не представлены).

глава I п.п.1.7.,6.41., глава II п.2.38. В рамках производственного контроля не осуществляется контроль качества стерилизации, контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды (результаты не представлены).

глава V п.1.1. Врач-стоматолог работает без сопровождения среднего медицинского персонала.

глава V п.п. 8.3.5.,8.3.14.,8.3.16. Наконечники после каждого пациента не стерилизуются в паровом стерилизаторе (для стерилизации используют ультрафиолетовый стерилизатор).

глава II п.2.18. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки протирают полотенцем.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» предписываю:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Архангельской области «Архангельский морской кадетский корпус» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, расположенного по адресу: 163046, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 51
(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

**прекратить выявленные нарушения
путём выполнения следующих требований:**

1. Провести ремонт стен и потолка с устранением дефектов поверхности, позволяющих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в лаборантской столярной мастерской.
2. Обеспечить не менее 2-х смен матрасников на 1 ребенка.
3. Представить результаты производственного контроля: контроль качества стерилизации, контроль за параметрами микроклимата, показателями микробной обсемененности воздушной среды, бактериологический контроль за работой стерилизаторов.
4. Обеспечить работу врача-стоматолога в сопровождении среднего медицинского персонала.
5. Стерилизовать наконечники после каждого пациента в паровом стерилизаторе.
6. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки высушивать в сушильном шкафу.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «11» ноября 2019 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «12» ноября 2020 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.


Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1. ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт
(должность)


(подпись)

Позднякова Ирина Анатольевна
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:
«16» апреля 2019 года
(дата)


(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Исполняющий обязанности директора ГБОУ АО
«АМКК» Козырева Наталья Васильевна
(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))